

济南市计量检定测试院

Jinan Institute of Metrology and Verification

校准证书

Calibration Certificate



证书编号: 23000769792
Certificate NO.

委托单位名称: 北京世福宝科技有限公司
Name of Customer

地址: 北京市通州区马驹桥镇联东U谷西区11B
Address

计量器具名称: 验证记录仪
Name of instrument

制造者: 北京世福宝科技有限公司
Manufacturer

规格/型号: SVB-YZ-REC-02
Type/Specification

编号: SF304070100022306148366803
No.

校准依据: JJF1366-2012 温度数据采集仪校准规范
Reference Documents For the Calibration

发证单位(专用章):
Issued by(stamp)

校准: 刘兵
Calibrated by

核 验: 张虎
Checked by

批 准: 张虎
Approved by

证书发布日期: 2023 年 07 月 05 日
Certificate release date Year Month Day

校准日期: 2023 年 07 月 05 日
Date of Calibration Year Month Day

样品接收日期: 2023 年 07 月 05 日
Sample receiving date Year Month Day

计量检定机构授权证书号(Authorization Certificate No.):(鲁)法计(2018)37001号

地址(Address):济南市龙奥北路1311号
No.1311,Longao North Road Jinan,China

传真(Fax): (0531) 89738295

电子证书验证途径:(1)济南市市场监督管理局:<http://amr.jinan.gov.cn> (2)爱山东泉城办APP

邮编(Post Code): 250101

查询电话(Inquiry Tel): (0531)89738400

电子邮件(Email): jlsyw123@163.com

济南市计量检定测试院
Jinan Institute of Metrology and Verification

证书编号: 23000769792
Certificate No.

| 校准所使用的计量设备 Equipment of measurement used in the Test | | | | |
|--|---------------------------|---|---------------------------------|---------------------|
| 名称及编号 Name and NO. | 测量范围 Measuring range | 不确定度/准确度等级 /最大允许误差 Uncertainty/Accuracy /Maximum allowable | 溯源机构及 证书号 Certificate No. | 有效期至 Valid until |
| 标准铂电阻温度计 91808 | (-189.8344~419.527) °C | 二等 | 中国计量科学研究院 RGjc2022-01098 | 2024-04-05 |
| 校准的环境条件及地点: Environmental conditions and location for the calibration | | | | |
| 温度: 20.0 °C 湿度: 50 %RH 其它: / Temperature Humidity Others | | | | |
| 地点: 济南市龙奥北路1311号B-215 Location | | | | |

敬告:

- 被校准仪器修理后, 应立即进行校准。
- 在使用过程中, 如果对被校准仪器的技术指标产生怀疑, 请重新校准。
- 根据校准文件或顾客需求, 通常情况下复校时间间隔为 12 个月。

* 未经本院书面批准, 不得部分复印此证书。
* 本证书的校准结果仅对所校准的计量器具有效。

济南市计量检定测试院

Jinan Institute of Metrology and Verification

证书编号: 23000769792

Certificate No.

校 准 结 果

Results of Calibration

| 1.测量误差 | | | | | |
|----------|------|--------------|------|-----------------------|------|
| 校准温度点/°C | | 被校采集仪测量误差/°C | | 校准结果不确定度 $U (k=2)$ | |
| -30.0 | | 0.1 | | 0.1 | |
| 0.0 | | 0.1 | | | |
| 30.0 | | 0.1 | | | |
| 2.检查结果 | | | | | |
| 检查项目 | 记录间隔 | 发送间隔 | 启停方式 | 超温报警 | 外观 |
| 检查结果 | 连续可调 | 可调 | 符合要求 | 正常 | 符合要求 |

以下空白
Blank

* 未经本院书面批准, 不得部分复印此证书。

* 本证书的校准结果仅对所校准的计量器具有效。