

济南市计量检定测试院

Jinan Institute of Metrology and Verification

校准证书

Calibration Certificate



证书编号: 25001454041G1
Certificate NO.

委托单位名称: 北京世福宝科技有限公司
Name of Customer

地址: 北京市通州区马驹桥镇联东U谷西区11B
Address

计量器具名称: 验证记录仪
Name of instrument

制造者: 北京世福宝科技有限公司
Manufacturer

规格/型号: SVB-YZ-REC-02
Type/Specification
编号: SF304070100022306088219803
No.

校准依据: JJF1366-2012 温度数据采集仪校准规范 JJF1076-2020 数字式温湿度计校准规范
Reference Documents For the Calibration

发证单位(专用章):
Issued by(stamp)

校准: 刘兵
Calibrated by

核 验: 张虎
Checked by

批 准: 张虎
Approved by

证书发布日期: 2025 年 12 月 12 日
Certificate release date Year Month Day

校准日期: 2025 年 12 月 12 日
Date of Calibration Year Month Day

样品接收日期: 2025 年 12 月 09 日
Sample receiving date Year Month Day

计量检定机构授权证书号(Authorization Certificate No.):(鲁)法计(2023)37001号

地址(Address):济南市龙奥北路1311号
No.1311,Longao North Road Jinan,China

传真(Fax): (0531) 89738295

电子证书验证途径:上海市电子印章公共服务平台:<https://dzyz.sh.gov.cn/>

邮编(Post Code): 250101

查询电话(Inquiry Tel): (0531)89738400

电子邮件(Email): jlsyw123@163.com

济南市计量检定测试院

Jinan Institute of Metrology and Verification

证书编号: 25001454041G1

Certificate No.

校 准 结 果

Results of Calibration

一、外观: 符合要求

二、示值误差校准

| 温度 (°C) | | | 湿度 (%RH) (在20°C时) | | |
|---------------------------|--------|------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 校准温度 | 被校仪器读数 | 示值误差 | 校准湿度 | 被校仪器读数 | 示值误差 |
| -40.0 | -39.8 | 0.2 | 30.0 | 29.5 | -0.5 |
| 0.0 | 0.2 | 0.2 | 60.0 | 59.4 | -0.6 |
| 30.0 | 30.2 | 0.2 | 90.0 | 89.6 | -0.4 |
| 温度校准结果不确定度 (°C) $U, k=2$ | | | $U (-40^{\circ}\text{C})$ | $U (0^{\circ}\text{C})$ | $U (30^{\circ}\text{C})$ |
| | | | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 湿度校准结果不确定度 (%RH) $U, k=2$ | | | $U (30\%RH)$ | $U (60\%RH)$ | $U (90\%RH)$ |
| | | | 0.8 | 1.2 | 1.6 |

以下空白

* 未经本院书面批准, 不得部分复印此证书。

* 本证书的校准结果仅对所校准的计量器具有效。