济南市计量检定测试院

中国认可 校准 CALIBRATION CNAS L2808

Jinan Institute of Metrology and Verification

校 准 证 书

Calibration Certificate

证书编号： 24001164953
Certificate NO.

委托单位名称： 北京世福宝科技有限公司
Name of Customer

地　　址： 北京市通州区马驹桥镇联东U谷西区11B
Address

计量器具名称： 验证记录仪
Name of instrument

制 造 者： 北京世福宝科技有限公司
Manufacturer

规格/型号： SVB-YZ-REC-01 **编号：** SF30801010021240802802880 3
Type/Specification No.

校准依据： JJF1366-2012 温度数据采集仪校准规范JJF1076-2020 数字式温湿度计校准规范
Reference Documents For the Calibration

发证单位（专用章）：
Issued by(stamp)

校　　准： 王瑞
Calibrated by

核　　验： 张虎
Checked by

批　　准： 张虎
Approved by

证书发布日期： 2024 年 12 月 05 日
Certificate release date Year Month Day

校准日期： 2024 年 12 月 05 日
Date of Calibration Year Month Day

样品接收日期： 2024 年 12 月 04 日
Sample receiving date Year Month Day

计量检定机构授权证书号(Authorization Certificate No.):(鲁)法计(2023)37001号
地址(Address):济南市龙奥北路1311号
No.1311,Longao North Road Jinan,China
邮编(Post Code)：250101
查询电话(Inquiry Tel)：(0531)89738400
传真(Fax)：（0531）89738295
电子邮件(Email)：jlsyw123@163.com
电子证书验证途径:上海市电子印章公共服务平台:https://dzyz.sh.gov.cn/

济南市计量检定测试院

Jinan Institute of Metrology and Verification

证书编号：24001164953

Certificate No.

校准所使用的计量设备

Equipment of measurement used in the Test

名称及编号 Name and NO.	测量范围 Measuring range	不确定度/准确度等级/最大允许误差 Uncertainty/Accuracy /Maximum allowable	溯源机构及证书号 Certificate No.	有效期至 Valid until
标准铂电阻温度计 191808	(-189.3442~419.527)℃	二等	中国计量科学研究院 RGjc2024-01246	2026-04-05
精密露点仪 127142	露点温度：(-60~+90)℃DP温度：(0~30)℃湿度：(10~90)%RH	标准	山东省计量科学研究院 T01-20240119，T15-20240119	2025-07-23

校准的环境条件及地点：

Environmental conditions and location for the calibration

温　　度：20.0 ℃　湿　　度：50 %RH　其　　它：/

Temperature　Humidity　Others

地　　点：济南市龙奥北路1311号B-211

Location

敬告:

1、被校准仪器修理后，应立即进行校准。

2、在使用过程中，如果对被校准仪器的技术指标产生怀疑，请重新校准。

3、根据校准文件或顾客需求，通常情况下复校时间间隔为 / 个月。

* 未经本院书面批准，不得部分复印此证书。

* 本证书的校准结果仅对所校准的计量器具有效。

济南市计量检定测试院

Jinan Institute of Metrology and Verification

证书编号: 24001164953

Certificate No.

校 准 结 果

Results of Calibration

一、外观：符合要求

二、示值误差校准

温度（℃）			湿度（%RH）（在20℃时）		
校准温度	被校仪器读数	示值误差	校准湿度	被校仪器读数	示值误差
-40.0	-39.7	0.3	30.0	30.0	0.0
0.0	0.2	0.2	60.0	60.5	0.5
30.0	30.2	0.2	90.0	90.8	0.8
温度校准结果不确定度（℃）U，k=2			U（-40℃）	U（0℃）	U（30℃）
			0.1	0.1	0.1
湿度校准结果不确定度（%RH）U，k=2			U（30%RH）	U（60%RH）	U（90%RH）
			0.8	1.2	1.6

以下空白

* 未经本院书面批准，不得部分复印此证书。

* 本证书的校准结果仅对所校准的计量器具有效。