济南市计量检定测试院

Jinan Institute of Metrology and Verification

校 准 证 书

Calibration Certificate

证书编号： 23000769587
Certificate NO.

委托单位名称： 北京世福宝科技有限公司
Name of Customer

地　　址： 北京市通州区马驹桥镇联东U谷西区11B
Address

计量器具名称： 验证记录仪
Name of instrument

制 造 者： 北京世福宝科技有限公司
Manufacturer

规格/型号： SVB-YZ-REC-02　　**编号：** SF30407010002230614822380 3
Type/Specification　　No.

校准依据： JJF1366-2012 温度数据采集仪校准规范
Reference Documents For the Calibration

发证单位（专用）章：
Issued by(s[illegible])

校　　准： 王瑞　　**核　　验：** 张虎
Calibrated by　　Checked by

批　　准： 张虎　　**证书发布日期：** 2023 年 07 月 05 日
Approved by　　Certificate release date　Year Month Day

校准日期： 2023 年 07 月 05 日
Date of Calibration　Year Month Day

样品接收日期： 2023 年 07 月 05 日
Sample receiving date　Year Month Day

计量检定机构授权证书号(Authorization Certificate No.):(鲁)法计(2018)37001号
地址(Address):济南市龙奥北路1311号　　邮编(Post Code)：250101
No.1311,Longao North Road Jinan,China　　查询电话(Inquiry Tel)：(0531)89738400
传真(Fax)：（0531）89738295　　电子邮件(Email)：jlsyw123@163.com
电子证书验证途径:(1)济南市市场监督管理局:http://amr.jinan.gov.cn (2)爱山东泉城办APP

济南市计量检定测试院

Jinan Institute of Metrology and Verification

证书编号: 23000769587

Certificate No.

校准所使用的计量设备

Equipment of measurement used in the Test

名称及编号 Name and NO.	测量范围 Measuring range	不确定度/准确度等级/最大允许误差 Uncertainty/Accuracy /Maximum allowable	溯源机构及证书号 Certificate No.	有效期至 Valid until
标准铂电阻温度计191808	(-189.8344~419.527)℃	二等	中国计量科学研究院 RGjc2022-01098	2024-04-05

校准的环境条件及地点:

Environmental conditions and location for the calibration

温 度: 20.0 ℃ 湿 度: 50 %RH 其 它: /

Temperature Humidity Others

地 点: 济南市龙奥北路1311号B-215

Location

敬告:

1、被校准仪器修理后，应立即进行校准。

2、在使用过程中，如果对被校准仪器的技术指标产生怀疑，请重新校准。

3、根据校准文件或顾客需求，通常情况下复校时间间隔为 12 个月。

* 未经本院书面批准，不得部分复印此证书。

* 本证书的校准结果仅对所校准的计量器具有效。

济南市计量检定测试院

Jinan Institute of Metrology and Verification

证书编号: 23000769587

Certificate No.

校 准 结 果

Results of Calibration

1.测量误差					
校准温度点/℃		被校采集仪测量误差/℃		校准结果不确定度 U (k=2)	
-30.0		0.3		0.1	
0.0		0.4			
30.0		0.3			
2.检查结果					
检查项目	记录间隔	发送间隔	启停方式	超温报警	外观
检查结果	连续可调	可调	符合要求	正常	符合要求

以下空白

Blank

* 未经本院书面批准，不得部分复印此证书。
* 本证书的校准结果仅对所校准的计量器具有效。