

# 济南市计量检定测试院

Jinan Institute of Metrology and Verification

## 校准证书

Calibration Certificate



证书编号: 23000769466  
Certificate NO.

委托单位名称: 北京世福宝科技有限公司  
Name of Customer

地址: 北京市通州区马驹桥镇联东U谷西区11B  
Address

计量器具名称: 验证记录仪  
Name of instrument

制造者: 北京世福宝科技有限公司  
Manufacturer

规格/型号: SVB-YZ-REC-02  
Type/Specification

编号: SF304070100022306148463803  
No.

校准依据: JJF1366-2012 温度数据采集仪校准规范  
Reference Documents For the Calibration

发证单位(专用章):  
Issued by(stamp)

校准: 王瑞  
Calibrated by

核 验: 张虎  
Checked by

批 准: 张虎  
Approved by

证书发布日期: 2023 年 07 月 05 日  
Certificate release date Year Month Day

校准日期: 2023 年 07 月 05 日  
Date of Calibration Year Month Day

样品接收日期: 2023 年 07 月 05 日  
Sample receiving date Year Month Day

计量检定机构授权证书号(Authorization Certificate No.):(鲁)法计(2018)37001号

地址(Address):济南市龙奥北路1311号  
No.1311,Longao North Road Jinan,China

邮编(Post Code): 250101

查询电话(Inquiry Tel): (0531)89738400

传真(Fax): (0531) 89738295

电子邮件(Email): jlsyw123@163.com

电子证书验证途径:(1)济南市市场监督管理局:<http://amr.jinan.gov.cn> (2)爱山东泉城办APP

济南市计量检定测试院  
Jinan Institute of Metrology and Verification

证书编号: 23000769466

Certificate No.

| 校准所使用的计量设备<br>Equipment of measurement used in the Test                  |                           |   |                                 |                     |
|--|---------------------------|---|---------------------------------|---------------------|
| 名称及编号<br>Name and NO.  | 测量范围<br>Measuring range   | 不确定度/准确度等级<br>/最大允许误差<br>Uncertainty/Accuracy<br>/Maximum allowable | 溯源机构及<br>证书号<br>Certificate No. | 有效期至<br>Valid until |
| 标准铂电阻温度计<br>91808  | (-189.8344~419.527)<br>°C | 二等  | 中国计量科学研究院<br>RGjc2022-01098     | 2024-04-05          |
| 校准的环境条件及地点:<br>Environmental conditions and location for the calibration |                           |   |                                 |                     |
| 温度: 20.0 °C 湿度: 50 %RH 其它: /<br>Temperature Humidity Others              |                           |   |                                 |                     |
| 地点: 济南市龙奥北路1311号B-215<br>Location  |                           |   |                                 |                     |

敬告:

- 被校准仪器修理后, 应立即进行校准。
- 在使用过程中, 如果对被校准仪器的技术指标产生怀疑, 请重新校准。
- 根据校准文件或顾客需求, 通常情况下复校时间间隔为 12 个月。

\* 未经本院书面批准, 不得部分复印此证书。

\* 本证书的校准结果仅对所校准的计量器具有效。

# 济南市计量检定测试院

Jinan Institute of Metrology and Verification

证书编号: 23000769466

Certificate No.

## 校 准 结 果

Results of Calibration

| 1.测量误差   |              |      |      |                       |      |
|----------|--------------|------|------|-----------------------|------|
| 校准温度点/°C | 被校采集仪测量误差/°C |      |      | 校准结果不确定度<br>$U (k=2)$ |      |
| -40.0    | 0.4          |      |      | 0.1                   |      |
| 0.0      | 0.2          |      |      |                       |      |
| 30.0     | 0.1          |      |      |                       |      |
| 2.检查结果   |              |      |      |                       |      |
| 检查项目     | 记录间隔         | 发送间隔 | 启停方式 | 超温报警                  | 外观   |
| 检查结果     | 连续可调         | 可调   | 符合要求 | 正常                    | 符合要求 |

以下空白  
Blank

\* 未经本院书面批准, 不得部分复印此证书。

\* 本证书的校准结果仅对所校准的计量器具有效。